



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 30/2022

Município de Arambaré  
DIVISÃO DE SAÚDE  
Tipo de julgamento: menor preço por item  
Modo de disputa: aberto  
Orçamento sigiloso

Processo nº 1444/2022

Edital de pregão eletrônico para a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAMBARÉ/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para Aquisição de equipamentos para os serviços de odontologia., conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 669, de 17 de setembro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no dia 26 de setembro de 2022, às 09:01, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 09:00, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º, do Decreto Municipal nº 669, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

#### 1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação a contratação de Empresa Aquisição de equipamentos para os serviços de odontologia., cujas descrições e condições de entrega estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo I):



ITEM	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNID.	QUANT.
1	Bomba a vácuo	<p>Motor com eixo central em aço inox;</p> <p>* Possui monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão;</p> <p>* O equipamento possui um sistema de descarga automática no esgoto;</p> <p>* Possui um sistema com atraso no desligamento do equipamento para retrolavagem no monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando o mau cheiro;</p> <p>* Possui pré-lavagem automática do filtro coletor;</p> <p>* Possui carenagem em Poliestireno (Ps) alto-brilho;</p> <p>* O equipamento é de fácil operação e manutenção;</p> <p>* Possui filtro coletor de detritos na entrada de sucção, com abertura superior evitando contato com os resíduos;</p> <p>* Possui fácil limpeza e assepsia;</p> <p>* Possui um alto fluxo e desempenho estável;</p> <p>* Possui um sistema de segurança de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes;</p>	UND	1



		<ul style="list-style-type: none"><li>* Possui protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento;</li><li>* Motor: 1/2HP</li><li>* Tensão: Bivolt (127V/220V)</li><li>* Corrente: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V)</li><li>* Frequência: 60 Hz</li><li>* Protetor Térmico: abertura 130 °C</li><li>* Rotação: 3.490 Rpm</li><li>* Comando: 12VDC</li><li>* Vácuo Máximo: 450 mmHg</li><li>* Vazão Máxima: 200 L/min</li><li>* Consumo de água: 0,3 L/min</li></ul>		
2	Kit de mão odonto-composto por uma lata rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo.	<p>Kit de mão odonto-composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo</p> <p>Alta Rotação PB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Corpo peça de mão</li><li>•com linhas arredondas;</li><li>•Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado.</li><li>•Autoclavável a até 135C.</li></ul> <p>Conexão Borden</p>	UND	2



	<p>Spray Triplo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca.</li><li>•Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios.</li></ul> <p>Rotação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•335.000 RPM/min</li><li>•Rotores precisamente balanceados</li></ul> <p>Pressão de Ar de Trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Entre 32 e 35 libras (psi)</li></ul> <p>Peso Ideal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Peso Líquido inferior a 30,0 gramas</li></ul> <p>Baixo Ruído de Trabalho</p> <p>Fixação das Brocas - Sistema Push Button</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button).</li><li>•Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.</li></ul>	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>•Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca.</li></ul> <p>Alto torque</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Formato Ergonômico</li><li>•Corpo de espessura fina</li><li>•Possui ranhuras antiderrapantes</li><li>•Extremidade inclinada</li></ul> <p>Exclusivo Tratamento Eletroquímico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</li></ul> <p>Micromotor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Design arrojado com linhas arredondas;</li><li>•Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado;</li><li>•Autoclavável a até 135C;</li><li>•Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulação de rotação.</li></ul> <p>Spray Externo Simples</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Disponibiliza ?niple? de encaixe para mangueira ? sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a</li></ul>	
--	---	--



	<p>contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento.</p> <p>Conexão Borden</p> <p>Rotação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•De 5.000 RPM a 20.000 RPM</li><li>•Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor</li></ul> <p>Pressão de Ar de Trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•40 libras (psi)</li></ul> <p>Acoplamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Através do sistema INTRA</li></ul> <p>Peso Ideal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Peso líquido inferior a 80,0 gramas</li></ul> <p>Alto Torque</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Baixo Ruído de Trabalho</li></ul> <p>Exclusivo Tratamento Eletroquímico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</li><li>•Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação</li><li>•Disponível também com Conexão</li></ul>	
--	--	--



	<p>Midwest.</p> <p>Contra-Ângulo PB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Design arrojado com linhas arredondas;</li><li>•Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado;</li><li>•Autoclavável a até 135°C.</li></ul> <p>Fácil Acoplamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Sistema INTRA giratório</li></ul> <p>Spray Externo Simples</p> <p>Kit de mão odonto-composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo</p> <p>Alta Rotação PB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Corpo peça de mão</li><li>•com linhas arredondas;</li><li>•Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado.</li><li>•Autoclavável a até 135C.</li></ul> <p>Conexão Borden</p> <p>Spray Triplo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca.</li><li>•Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o</li></ul>	
--	---	--



	<p>superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios.</p> <p>Rotação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•335.000 RPM/min</li><li>•Rotores precisamente balanceados</li></ul> <p>Pressão de Ar de Trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Entre 32 e 35 libras (psi)</li></ul> <p>Peso Ideal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Peso líquido inferior a 30,0 gramas</li></ul> <p>Baixo Ruído de Trabalho</p> <p>Fixação das Brocas - Sistema Push Button</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button).</li><li>•Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.</li><li>•Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca.</li></ul> <p>Alto torque</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Formato Ergonômico</li><li>•Corpo de espessura fina</li></ul>	
--	--	--





	<ul style="list-style-type: none"><li>•Possui ranhuras antiderrapantes</li><li>•Extremidade inclinada</li></ul> <p>Exclusivo Tratamento Eletroquímico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</li></ul> <p>Micromotor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Design arrojado com linhas arredondas;</li><li>•Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado;</li><li>•Autoclavável a até 135C;</li><li>•Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulação de rotação.</li></ul> <p>Spray Externo Simples</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Disponibiliza ?niple? de encaixe para mangueira ? sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento.</li></ul> <p>Conexão Borden</p> <p>Rotação</p>	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>•De 5.000 RPM a 20.000 RPM</li><li>•Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor</li></ul> <p>Pressão de Ar de Trabalho</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•40 libras (psi)</li></ul> <p>Acoplamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Através do sistema INTRA</li></ul> <p>Peso Ideal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Peso líquido inferior a 80,0 gramas</li></ul> <p>Alto Torque</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Baixo Ruído de Trabalho</li></ul> <p>Exclusivo Tratamento Eletroquímico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</li><li>•Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação</li><li>•Disponível também com Conexão Midwest.</li></ul> <p>Contra-Ângulo PB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Design arrojado com linhas arredondas;</li><li>•Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado;</li></ul>	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>•Autoclavável a até 135°C.</li></ul> <p>Fácil Acoplamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Sistema INTRA giratório</li></ul> <p>Spray Externo Simples</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada.</li><li>•Direcionado à ponta da broca.</li></ul> <p>Rotação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Máxima de 13.600 RPM/min</li><li>•Transmissão 1:1</li></ul> <p>Peso Ideal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Peso líquido inferior a 49,0 gramas</li></ul> <p>Baixo Ruído de Trabalho</p> <p>Fixação das Brocas - Sistema Push Button</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button).</li><li>•Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.</li><li>•Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca.</li></ul>	
--	--	--



	<p>Formato Ergonômico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compacta, possui ranhuras antiderrapantes;</li><li>• Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais.</li><li>• Eixos montados com 6 rolamentos.</li></ul> <p>Peça Reta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Design arrojado com linhas arredondas;</li><li>• Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado;</li><li>• Autoclavável a até 135°C.</li></ul> <p>Fácil Acoplamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema INTRA giratório</li></ul> <p>Spray Externo Simples</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada.</li><li>• Direcionado à ponta da broca.</li></ul> <p>Rotação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Máxima de 12.400 RPM/min</li><li>• Transmissão 1:1</li></ul> <p>Peso Ideal</p>	
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"><li>•Peso líquido inferior a 50,0 gramas</li></ul> Baixo Ruído de Trabalho Fixação das Brocas <ul style="list-style-type: none"><li>•Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button).</li><li>•Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.</li><li>•Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca.</li></ul> Formato Ergonômico Alta Rotação - Anvisa 10069210065 Micromotor - Anvisa 10069210073 Contra-Ângulo - Anvisa 10069210073 Peça Reta - Anvisa 10069210073		
3	Kit ponta diamantada-odonto.	Kit com no mínimo 16 pontas;  16 Pontas Diamantadas Invicta® de granulometria média nas numerações: 1012HL, 1015, 1046, 1090, 1091, 1092, 1093, 2067, 2133, 2135, 2200, 3070, 3118,	UND	2



		3131, 3195, 4138.		
4	Kit acabamento e polimento resina composta.	Kit com no mínimo 12 peças:  3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco;  3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco;  3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco;  4 escovas de profilaxia ridiga, semi-rígida, soft e ultra soft;  1 Escova Ultra-Brush Carbetto de Silício;  1 Escova Pelo de Cabra. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos.	UND	2
5	Kit universal para acabamento e polimento.	Kit com no mínimo 17 itens:  1 fresa maxicut formato pera 1251;  1 fresa minicut formato tronco-cônica 1520;  1 fresa maxicut formato agulha 1571;  3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina);  3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa,	UND	2



		<p>média e fina);</p> <p>4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina);</p> <p>1 disco diamantado dupla-face;</p> <p>1 escova scotch brithe amarela;</p> <p>1 escova scotch brithe vermelha;</p> <p>1 escova de aço dourada;</p> <p>1 escova pelo de cabra estrela;</p> <p>1 escova de algodão;</p> <p>1 broqueiro de acrílico.</p>		
6	Cadeira odontológica completa.	<p>Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto.</p> <p>Possui pedal de comando integrado com liberdade de movimentos.</p> <p>O pedal permite o acionamento das peças de mão por meio de haste com aceleração.</p> <p>Possibilidade de trabalhos sem o acionamento da água.</p> <p>Acionamentos pelo pedal.</p> <p>-Programação de 4 posições de trabalho.</p>	UND	1



	<ul style="list-style-type: none"><li>-Posição de cuspir.</li><li>-Posição volta zero.</li><li>-DA: desce assento.</li><li>-SA: sobe assento.</li><li>-DE: desce encosto.</li><li>-SE: sobe encosto.</li><li>-Reversão do micromotor elétrico.</li><li>-Acionamento do Refletor.</li><li>-Emergência/ Bloqueio dos movimentos.</li><li>-Chip Blower/ Corte de água.</li><li>-Haste de Aceleração.</li></ul> <p>Articulação central</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Em aço maciço.</li></ul> <p>Base:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante.</li><li>-Perfeita estabilidade.</li><li>-Não precisa ser fixada ao piso.</li></ul> <p>Caixa de ligação interna</p> <p>Altura do assento em relação ao solo</p>	
--	---	--





	<p>-Mínima de 630 mm.</p> <p>-Máxima de 850 mm.</p> <p>Estofamento amplo.</p> <p>-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura, atóxico e anti-chamas.</p> <p>-Sistema Easy-fix, que permite a remoção rápida do estofamento.</p> <p>Sistema de elevação</p> <p>-Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts.</p> <p>Apoio dos braços</p> <p>-Apoio do braço fixo com acabamento arredondado, dispensa movimentação e facilita a limpeza e desinfecção.</p> <p>-Segundo braço (escamoteável), com abertura lateral, para facilitar o acesso do paciente.</p> <p>Sistema eletrônico</p> <p>-Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.</p> <p>Sistema Antiesmagamento</p> <p>-Quando a cadeira estiver em movimento de descida do assento, qualquer obstrução sob a cadeira acionará este dispositivo, parando</p>	
--	---	--



	<p>automaticamente todos os movimentos da cadeira, impedindo maiores problemas.</p> <p>Tensão de alimentação</p> <p>-127 ou 220V~ 50/60Hz.</p> <p>Encosto da cabeça</p> <p>-Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal.</p> <p>Ambidestro</p> <p>Equipo</p> <p>Composição</p> <p>-Braço com trava pneumática.</p> <p>-Seringa tríplice com água aquecida.</p> <p>-1 terminal para micromotor.</p> <p>-2 turbinas de alta-rotação.</p> <p>-Negatoscópio LED.</p> <p>-Painel PAD com todos os comandos da cadeira, funções do Equipo, Unidade de Água e Refletor.</p> <p>Painel de comando central com os seguintes acionamentos:</p> <p>-Subida e descida do assento da cadeira.</p>	
--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>-Subida e descida do encosto da cadeira.</li><li>-Stop emergencial da cadeira.</li><li>-Posição de volta à zero.</li><li>-Inversão do sentido da rotação do micro motor elétrico.</li><li>-Negatoscópio com luz gerada por dispositivos semicondutores (LED).</li><li>-Acionamento do Bio-system.</li><li>-Água da cuba e do porta-copo programáveis.</li><li>-Posição de cuspir e retorno à última posição.</li><li>-Acionamento de descida do braço.</li><li>-Programação de trabalho.</li><li>-Acendimento do refletor.</li></ul> <p>Hastes retráteis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Movimento das pontas através de hastes retráteis com trava para alívio na tensão da mangueira, que proporciona leveza dos movimentos, permitindo maior proximidade ao campo operatório.</li></ul> <p>Bio-system</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Sistema de desinfecção, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida, prevenindo</li></ul>	
--	---	--



	<p>riscos de contaminação cruzada.</p> <p>Braço Articulável</p> <p>-Acoplado à cadeira, com movimentos horizontais, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo.</p> <p>Pedal</p> <p>-Pedal de comando integrado, com sistema de bloqueio de movimentos e chip blower.</p> <p>Seringa tríplice</p> <p>-Incorporada.</p> <p>-Bico giratório, removível e autoclavável.</p> <p>Mangueiras</p> <p>-Mangueiras lisas, sem ranhuras ou estrias, arredondadas, leves e flexíveis.</p> <p>Suporte das pontas</p> <p>-Com acionamento pneumático individual.</p> <p>Permite acoplamento de até 6 terminais de trabalho</p> <p>Bandeja auxiliar</p> <p>– Suporte de bandeja auxiliar não removível com movimento</p>	
--	---	--



	<p>horizontal.</p> <p>Caixa de ligação</p> <p>-Compacta construída em ABS com cantos arredondados.</p> <p>Negatoscópio LED</p> <p>-Ampla campo de iluminação para melhor visualização de radiografias periapicais e oclusais.</p> <p>-Iluminação LED branca e uniforme.</p> <p>Pintura</p> <p>-Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo.</p> <p>Corpo do equipo</p> <p>-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto.</p> <p>Puxador</p> <p>-Frontal e central.</p> <p>Painel lateral com:</p> <p>-Manômetro que permite a visualização da pressão de ar e controle da alimentação do equipo.</p> <p>-Chave geral.</p> <p>Reservatórios translúcidos para:</p> <p>-Água das peças de mão, seringa triplice e Bio-System.</p>	
--	---	--



	<p>Ambidestro</p> <p>Refletor</p> <p>Tecnologia de iluminação – LED</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais;</li><li>– Não utiliza lâmpadas;</li><li>– Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas.</li></ul> <p>Sensor de proximidade</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada.</li><li>-A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade.</li><li>-O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.</li></ul> <p>Fonte de luz fria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Não gera calor no campo operatório.</li></ul> <p>Luz branca gerada através de LED InGaN-P</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a</li></ul>	
--	---	--



	<p>realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP “LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES”).</p> <p>Foco de luz retangular</p> <p>-Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente.</p> <p>-Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho.</p> <p>Design</p> <p>-Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio.</p> <p>Cabeçote</p> <p>-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.</p> <p>-Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização.</p> <p>Puxadores</p> <p>-Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. - São removíveis e autoclaváveis.</p>	
--	---	--



	<p>-O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional.</p> <p>Protetor Frontal</p> <p>-Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.</p> <p>Unidade de Água</p> <p>Composição</p> <p>-1 terminal suctor para conexão em Bomba de Vácuo.</p> <p>-1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi).</p> <p>Filtro de detritos</p> <p>-Fácil acesso, remoção e limpeza.</p> <p>Mangueiras</p> <p>-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.</p> <p>Suporte das pontas</p> <p>-Suporte das pontas, com ampla movimentação horizontal proporcionando maior ergonomia.</p> <p>-Seleção automática das pontas, através de sensíveis válvulas pneumáticas, possibilitando leveza no seu acionamento. Pegador frontal de fácil acesso, facilitando a movimentação do braço articulado</p>	
--	---	--





	<p>(disponível nos modelos de unidades com braço alcance).</p> <p>Pintura</p> <p>-Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo.</p> <p>Válvulas</p> <p>-Com filtro de água incorporado.</p> <p>Condutores</p> <p>-Em aço inox, removíveis e autoclaváveis.</p> <p>Regulagem da vazão de água</p> <p>-Temporizador programável para o acionamento da água no porta-copo e na cuspideira por um intervalo de tempo definido pelo profissional, proporcionando grande economia de água no consultório.</p> <p>Bio-System</p> <p>-Sistema de desinfecção, que proporciona a limpeza interna das mangueiras e terminais através de líquido bactericida, prevenindo riscos de contaminação cruzada.</p> <p>Acionamento do fluxo de água</p> <p>-Porta-copo.</p> <p>-Cuba.</p> <p>Cuba</p> <p>-Profunda, removível e com ralo</p>	
--	---	--



		<p>para retenção de sólidos.</p> <p>Reservatórios translúcidos com capacidade de 800ml para:</p> <p>– Água dos terminais de alta rotação; micro motor e Bio-system.</p> <p>Corpo</p> <p>– Corpo superior da unidade, com localização adequada para melhor posição de cuspir, com cuba rebatível em 180° proporcionando total conforto ao paciente.</p> <p>Ambidestro</p>		
7	Raio X odontológico de parede.	<p>Aparelho de raios x construído em estrutura de aço tubular, e que possui movimentos suaves, precisos e grande mobilidade. Com pintura em tinta pó (epóxy) de alta resistência que permite correta e constante assepsia, sem alteração de suas propriedades. Giro livre 360° na articulação vertical e no sentido horizontal do cabeçote, evitando assim a possibilidade de rompimento de chicotes elétricos. Cabeçote com capacidade de 70 Kvp e 8 mA, que integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. Com tubo de Raios X, de alta qualidade, que permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo e possui câmara de expansão e</p>	UND	1



bobinas de alta tensão revestida com resina epoxy isolante, para aumento da vida útil do aparelho. Cabeçote fechado a vácuo com ampola imersa em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Com localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X. Com comando disparador com timer eletrônico digital microprocessado. Com tempo de disparo que varia de 0,32 a 3,20 segundos com visualização milesimal no display, possibilidade de seleção de tipo de película, tipo de paciente adulto ou criança, técnicas radiográficas e controle remoto equipado com cabo espiralado extensível a até 5 metros e sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios X. Possibilidade de visualização da intensidade da rede elétrica. Com compensação da variação da rede elétrica através do tempo do disparo e proteção de sub e sobre tensão, além de proteção de pausa entre disparos. Compatível com sensores para radiografia digital (tempo milesimal). No modelo de coluna com móvel, base construída em aço com pintura em tinta pó (epoxy) e com dois rodízios com trava e dois sem trava. Com laudo radiométrico individualmente aprovado de Certificado de conformidade, Radiação de Fuga e Certificado de Blindagem gratuito, conforme determinação da ANVISA..



8	Câmara escura.	Câmara escura, sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos periapicais.	UND	1
9	Ultrassom.	Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz. Tecnologia: Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. . O equipamento acompanha uma capa extra para caneta de ultrassom. Ultrassom: Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Led indicativo de funcionamento no painel. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 10 níveis de potência do ultrassom. Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4. Outras Características: Pedal de acionamento único. LED indicativo de funcionamento no painel. PERIODONTIA: Remoção do biofilme mineralizado; tártaro	UND	1



		<p>sub e supra gengival. ENDODONTIA: Remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular. Abertura de canais calcificados e remoção de pinos. •Remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. DENTÍSTICA E PRÓTESE: Remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radulares. •Condensação de amálgama. Cimentação de inlays/onlays. PREPARAÇÃO CAVITÁRIA: Preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas. -Altura sem caneta / com caneta:11,7cm / 12,9cm -Dimensões: - Comprimento: 18,8cm -Largura: 15,9cm -Altura: 8,1cm -Frequência do ultrassom:32.000 Hz -Pressão de entrada de água:14 PSI a 72 PSI -Alimentação:Bivolt 127V / 220V -Frequência:50/60 Hz - Fusível:1A 127V / 220VPotência:60 VA - Consumo:0,43A.</p>		
10	Aparelho Fotopolimizador	Aparelho Fotopolimerizador indicado para: Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de braquetes e acessórios ortodônticos. Características À Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm <sup>2</sup> ). Display digital. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10, 20 e 40 segundos. Tempo máximo de uso contínuo: 200 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5	UND	1



	<p>segundos e no final da operação. Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio. Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul fria, sem aquecimento dental e da resina. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134oC e com giro de 360o. Comprimento sem a ponteira:15,8 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 ? 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) Luz Azul. Bateria: 3,7V / 750 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm<sup>2</sup>. 3 Programações de uso: Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.</p>		
--	---	--	--



A entrega dos produtos deverá ser feita no(s) seguinte(s) endereço(s): UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL- ARAMBARÉ-RS (RUA JUSTINO GONÇALVES DA SILVA, 249, CEP 96.178-000., em até 45 DIAS ÚTEIS da ordem de fornecimento, em horário de expediente, devendo comunicar-se previamente com o fiscal do contrato, para que este acompanhe a entrega.

## 2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, ou solicitadas por meio do seguinte endereço de e-mail: [falecom@portaldecompraspublicas.com.br](mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br).

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

## 3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua





proposta com as exigências do edital, como condição de participação;

3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (DUAS) horas após o encerramento do certame.

#### 4. PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

#### 5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002;

##### 5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

##### 5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:





- a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
- b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
- c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

#### 5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

#### 5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

#### 5.1.6 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

- a) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante prestou ou está prestando, a contento, fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº 8666/93, observando as peculiaridades do objeto desta aquisição. (caso empresa privada reconhecer firma em cartório);

#### 5.1.7. Outras Comprovações:

Catálogo/prospecto do produto cotado, comprovando atendimento das características descritas no objeto.

5.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.2.1. A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo.

5.2.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.



## 6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

## 7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- b) forem omissas em pontos essenciais;
- c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.



7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R\$ 0,01, (UM CENTAVO), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

## 8. MODO DE DISPUTA

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

## 9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.



b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

## 10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

## 11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1.3 e 5.1.4, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

11.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

11.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da



Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

11.5. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

## 12. RECURSO

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## 13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

## 14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, no prazo estabelecido no edital.

14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

14.3. O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos na forma do art. 32, da Lei de Licitações, atinentes aos documentos em que foram apresentadas cópias simples na licitação, sob pena de perda do direito à contratação.



14.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.

#### 15. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 45 DIAS ÚTEIS.

#### 16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DA DESPESA
SECRET. MUN. SAÚDE	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saú	736
SECRET. MUN. SAÚDE	Aquisição de Equipamentos e Material Per	1566

16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

16.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 dias após recebimento do produto.

16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

#### 17. RECEBIMENTO DO OBJETO

17.3 O prazo de entrega integral dos produtos é de 45 dias úteis dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento.

17.2. Os materiais deverão ser entregues no DIVISÃO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL- ARAMBARÉ-RS (Rua Justino Gonçalves da Silva, 249, cep 96.178-000., sempre no horário da manhã.

17.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sujeitando-





se às penalidades previstas neste edital.

17.4. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

17.5. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

## 18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 (vinte) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## 19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.



## 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993).

20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Camaquã/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Arambaré, 01 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Jardel Magalhães Cardoso (Prefeito de Arambaré)

Este edital encontra-se examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em ____-____-____.
_____ Assessor (a) Jurídico (a)
OAB: _____





**ANEXO I  
EM ARQUIVO SEPARADO**



ANEXO II

(Processo Licitatório nº 1444/2022, modalidade Pregão Eletrônico 30/2022)

MODELO PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

ITEM	QTD E	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOT.
1	1	UND	Bomba a vácuo		
2	2	UND	Kit de mão odonto-composto por uma lata rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo.		
3	2	UND	Kit ponta diamantada-odonto.		
4	2	UND	Kit acabamento e polimento resina composta.		
5	2	UND	Kit universal para acabamento e polimento.		
6	1	UND	Cadeira odontológica completa.		
7	1	UND	Raio X odontológico de parede.		
8	1	UND	Câmara escura.		
9	1	UND	Ultrassom.		
10	1	UND	Aparelho fotopolimizador.		

Validade da proposta: \_\_\_\_\_ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO E ASSINATURA:



### ANEXO III

(Processo Licitatório nº 1444/2022, modalidade Pregão Eletrônico 30/2022)

### MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº .....,  
sediada ....., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)  
....., portador (a) da Carteira de Identidade nº....., CPF  
nº ....., declara, perante à Lei, que até a presente data:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos; e
- f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Cidade - (UF), ..... de ..... de 2022.

\_\_\_\_\_  
(Nome do representante legal)



## ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº \_\_/2022

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de 2022, de um lado o Município de Arambaré/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 90.152.950/0001-24, com sede na Av. Ormezinda Ramos Loureiro, nº 180, bairro Caramurú, cidade de Arambaré, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JARDEL MAGALHÃES CARDOSO, brasileiro, maior, residente e domiciliado(a) na RS350, KM 10, Município de Arambaré, Estado do Rio Grande do Sul, portador(a) do CPF nº 902.880.170-72 e Carteira de Identidade nº 7055284744-SSP/PC RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com sede na Rua/Av. \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_, Estado do \_\_\_\_\_, neste ato representado pelo seu diretor, Sr. (Sra.) \_\_\_\_\_, brasileiro(a), maior, residente e domiciliado(a) na Rua/Av. \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, Município de \_\_\_\_\_, Estado do \_\_\_\_\_, portador(a) do CPF nº \_\_\_\_\_ e Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que será regido pelas cláusulas e condições que seguem.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do edital de licitação (ou instrumento de contratação direta) nº 30/2022 e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de XX/2022, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 (inclusive nos casos omissos), suas alterações posteriores e demais dispositivos legais aplicáveis.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto Aquisição de equipamentos para os serviços de odontologia., pela CONTRATADA, conforme proposta vencedora.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DO FORNECIMENTO E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. O prazo para o fornecimento e/ou prestação do serviço do objeto é de 45 dias úteis dias a contar da assinatura do presente contrato.

3.2. O objeto deverá ser entregue e/ou o serviço deverá ser prestado de acordo com previsto no edital e na proposta vencedora da licitação, na/o UNIDADE BASICA DE SAUDE



CENTRAL- ARAMBARÉ-RS (Rua Justino Gonçalves da Silva, 249, cep 96.178-000..

I - A CONTRATADA deverá realizar o fornecimento do objeto e/ou a prestação do serviço do presente contrato no prazo máximo de 45 dias úteis contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento/serviço/Nota de Empenho, emitida pela CONTRATANTE;

II - O prazo de vigência do contrato será de 45 dias úteis, tendo como prazo inicial dia \_XX/XX/2022 e prazo final dia XX/XX/2022.

Parágrafo único. O presente contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, mediante demonstração de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a CONTRATANTE, sendo permitidas eventuais negociações entre as partes.

#### CLÁUSULA QUARTA– DO PREÇO

O preço a ser pago pelo fornecimento e/ou prestação do serviço do objeto do presente contrato é de R\$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX reais), conforme a proposta vencedora da licitação, ofertada pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 30 dias após recebimento do produto, ou execução do serviço., mediante a entrega do objeto e/ou a prestação do serviço, a apresentação de nota fiscal e aprovação da fiscalização da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DA DESPESA
04	40	736
04	4293	1566

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão atualizados monetariamente pelo índice ou 4 do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a CONTRATANTE compensará a CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês calculados pró-rata dia, até o efetivo pagamento.



#### CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO

O valor relativo ao objeto do presente contrato poderá ser reajustado a contar da data-base vinculada à data do orçamento estimado, através do índice ou 4 do período, ou outro índice que vier a substituí-lo;

#### CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação e respeitando a repartição objetiva de risco estabelecida.

Parágrafo único. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATANTE responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data do fornecimento da documentação que o instruiu.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I - Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;

II - Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;

III - Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;

V - Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I - Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

II - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

III - Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,



apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

IV – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

V - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);

VI - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

VII - Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;

VIII - Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DA PROPOSTA

A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas obrigações contratuais, na modalidade de XXXXXXX correspondente a 5% do valor total da contratação.

Parágrafo único. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO

I - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por XXXXXXX fiscal(is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);

II - Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados;

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente contrato será recebido:

I - Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, designado pela CONTRATANTE, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. O recebimento provisório deverá ocorrer em até XX (XXXX) dias da entrega do objeto, pela CONTRATADA, mediante recibo;

II - Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,





mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigências contratuais. O recebimento definitivo ocorrerá depois de transcorrido o prazo de XX (XXXX) dias do recebimento provisório.

Parágrafo único. O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a CONTRATADA de eventual responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de XX (XXXX), a contar da data do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE em relação a vícios, inclusive ocultos, defeitos ou incorreções identificadas, ficando responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias.

Parágrafo único: A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção e assistência técnica do objeto, durante o prazo de XX (XXXX).

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

- I. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;
- II. Multas, sobre o valor inadimplido atualizado do contrato,
- III. De 0,5% (meio por cento):
  - a) no caso de não assinatura do contrato no prazo fixado no Edital;
  - b) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;
- IV. De 5% (cinco inteiros por cento) nos casos de inexecução parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações, e negligências na execução do objeto contratado;
- V. De 10% (dez inteiros por cento) no caso de inexecução total do objeto contratado.
- VI. Verificada a inexecução parcial do Contrato, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações, além da multa prevista, será cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano.
- VII. Verificada a inexecução total do contrato, além da multa prevista, será cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de dois (02) anos.
- VIII. A multa prevista no item IV, somente deixará de ser executada, em caso de atraso das prestações dos serviços, por motivo oriundo de caso fortuito e força maior (intempéries) desde que não superior a dez (10) dias e sendo pronta e expressamente comunicado ao CONTRATANTE.
- IX. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% (vinte inteiros por cento) do valor inadimplido atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da





rescisão contratual.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- I. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades.
- II. É vedada a transferência, total ou parcial, do objeto deste Contrato sem a expressa anuência do CONTRATANTE.
- III. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo junto ao CONTRATANTE.
- IV. A CONTRATADA se compromete a manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação apresentadas na licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/1993 legislação e demais princípios jurídicos aplicáveis à espécie.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca Camaquã, neste Estado, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (TRÊS) vias de igual teor e forma.

Arambaré/RS, XX, de XXXX de 2022.

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Representante da CONTRATADA



*ESTADO DO RIO GRANDE DO  
SUL  
MUNICIPIO DE ARAMBARÉ*

---

**SETOR  
DE  
LICITAÇÕES**