



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 45/2022

1ª RETIFICAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico 45-2022

Processo de Licitação 1811-2022

Edital de pregão eletrônico para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

O Município de Arambaré torna público aos interessados que **retifica o Edital de Pregão eletrônico 45/2022, no seu ARTIGO 1 – Descritivo dos itens do Objeto, no que se refere ao seu item “2”,** conforme segue:

ONDE SE LÊ:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	2	Ultrassom Diagnóstico sem aplicação de transesofágica, equipamento transportável sobre rodízios; 4.718.592 canais digitais de processamento.com imagem em modo 3D; modo doppler; console ergonômico; tecnologia de redução de artefatos e ruídos; zoom read/write; imagem trapezoidal; imagem harmônica; imagem harmônica de pulso invertido; modo dual live+ modo color em tempo real; power doppler direcional espectral; doppler contínuo; TDI; modo triplex; pacote de cálculos específicos; tecla de ajuste rapidoda imagem do modo B para modo doppler; divisão da tela em no mínimo 4 imagens para visualização de todos os modos; software de imagem para realizar medidas e de análise automática em tempo real da curva doppler; permite acesso as imagens salvas; possibilitar armazenar imagens; cine loop e cine loop save; pos processamento de medidas; pos processamento de imagens; O19 banco de palavras em português; monitor LCD ou LED, com no mínimo 20'; mínimo de 490 frames por segundo; todos os transdutores multifrequenciais, banda larga; HD ou SSD interno mínimo de 1TB; 4 portas USB; mínimo de 3 portas ativas de transdutores; conectividade de rede DICOM, DICOM3.0(media storage, verification, print, storage, sotorage/commitment, worklist, query-retrieve, MPPS, structured reporting) drive gravador de DVD-R para armazenamento de imagens e ou clipes em CD OU DVD, no formato JPEG/AVI ou MPEGI ou DICOM.;	UND	1



		<p>gravação em pendrive; impressão direta</p> <p>pelo menos 32 presets programaves pelo usuário; acompanha transdutores banda larga multifrequenciais: convexo frequência de 2.0 a 5.0 Mhz; endocavitario frequência de 4.0 a 9.0MHz; linear com frequência de 4.0 a 11MHz; setorial adulto com frequência de 2.0 a 4.0 MHz.</p> <p>Deve conter impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Bivolt ou 220v. GARANTIA e assistência fornecida pela fabricante por 1 ano.</p>		
--	--	---	--	--

LEIA-SE:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	2	<p>Ultrassom Diagnóstico sem aplicação de transesofágica, equipamento transportável sobre rodízios; 200.000 canais digitais de processamento.com imagem em modo 3D; modo doppler; console ergonômico; tecnologia de redução de artefatos e ruídos; zoom read/write; imagem trapezoidal; imagem harmônica; imagem harmônica de pulso invertido; modo dual live+ modo color em tempo real; power doppler direcional espectral; doppler contínuo; TDI; modo triplex; pacote de cálculos específicos; tecla de ajuste rapidoda imagem do modo B para modo doppler; divisão da tela em no mínimo 4 imagens para visualização de todos os modos; software de imagem para realizar medidas e de analise automiatica em tempo real da curva doppler; permite acesso as imagens salvas; possibilitar armazenar imagens; cine loop e cine loop save; pos processamento de medidas; pos processamento de imagens; O19</p> <p>banco de palavras em português; monitor LCD ou LED, com no mínimo 20'; mínimo de 490 frames por segundo; todos os transdutores multifrequenciais, banda larga; HD ou SSD interno mínimo de 500GB; 4 portas USB; mínimo de 3 portas ativas de transdutores; conectividade de rede DICOM, DICOM3.0(media</p>	UND	1



		<p>storage, verification, print, storage, sotorage/commitment, worklist, query-retrieve, MPPS, structured reporting) drive gravador de DVD-R para armazenamento de imagens e ou clipes em CD OU DVD, no formato JPEG/AVI ou MPEGI ou DICOM.; gravação em pendrive; impressão direta</p> <p>pelo menos 32 presets programaves pelo usuário; acompanha transdutores banda larga multifrequenciais: convexo frequência de 2.0 a 5.0 Mhz; endocavitario frequência de 4.0 a 9.0MHz; linear com frequência de 4.0 a 11MHz; setorial adulto com frequência de 2.0 a 4.0 MHz.</p> <p>Deve conter impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Bivolt ou 220v. GARANTIA e assistência fornecida pela fabricante por 1 ano.</p>		
--	--	---	--	--

É acrescido no Seu anexo "I" Termo de referência:

O objeto do contrato será recebido:

I - Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, designado pela CONTRATANTE, com verificação posterior da conformidade do equipamento com as exigências contratuais. O recebimento provisório deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias da entrega do objeto, pela CONTRATADA, mediante recibo;

II - Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigências contratuais. O recebimento definitivo ocorrerá depois de transcorrido o prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento provisório.

Por se tratar de alteração que não afeta a formulação da proposta financeira, as demais informações do edital permanecem inalteradas, inclusive a data e horário de abertura.

Arambaré, 11 de novembro de 2022.

Jardel Magalhães Cardoso

Prefeito